

BAYER
Contour next link
Sistema inalámbrico para análisis de glucosa en sangre

NO NECESITA CÓDIGO™

Utiliza únicamente las tiras reactivas de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT de Bayer

Medtronic

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

VISTA SUPERIOR
Botón superior
Menú

VISTA FRONTAL
Pantalla de visualización
Conector USB
Botones de selección/desplazamiento

Tapa de protección de USB

Puerto para la tira reactiva

NOTA: Compruebe las unidades de medida del medidor. Consulte la guía del usuario del medidor para ver las instrucciones completas.

81547939 Rev. 06/13

Configuración inicial del medidor y conexión con el dispositivo Medtronic MiniMed® compatible

Cargando el medidor

- Quite la tapa con la imagen  para descubrir el conector USB.**
El medidor CONTOUR®NEXT LINK de Bayer tiene una batería recargable permanente. **Antes de hacer nada más**, cargue el medidor con el cargador de pared que se incluye en el kit o conectando el conector USB a un ordenador. Asegúrese de que el ordenador está encendido. El medidor mostrará brevemente "No analizar-Cargando" y la luz del puerto para la tira reactiva parpadeará. **No puede realizar un análisis de glucosa en sangre mientras se carga la batería.** Cuando finalice la carga, la luz del puerto para la tira reactiva se apagará. Desconecte el medidor CONTOUR NEXT LINK para realizar el análisis.



Configuración del medidor

- Para comenzar la configuración, mantenga pulsado el botón Menú durante varios segundos hasta que el medidor se encienda.
- Elija el idioma y pulse **OK**.
- Pulse **OK** en la pantalla siguiente para comenzar el proceso de conexión.
NOTA: Bomba hace referencia al dispositivo Medtronic MiniMed compatible.
- DETENER. NO pulse NINGÚN botón.**
Esta pantalla muestra el número de ID del medidor (en la esquina inferior izquierda). El ID es necesario para completar el proceso de conexión. Deje el medidor. Coja el dispositivo Medtronic MiniMed compatible y continúe con el paso 6.

Conectar el medidor a los dispositivos Medtronic MiniMed compatibles

- Pulse **ACT** para ir al **MENÚ PRINCIPAL**. Desplácese hasta **Utilidades** pulsando la flecha hacia abajo. Pulse **ACT**.
- Desplácese hasta **Conectar dispositivos** desde el **MENÚ UTILIDADES** y pulse **ACT**.
Luego desplácese hasta **Medidores** y pulse **ACT**.
- Seleccione **Activado** y pulse **ACT**. Si está **sustituyendo** un medidor, vaya al **Paso 9**. Si está **agregando** un medidor nuevo, vaya al **Paso 11**.
- Si está reemplazando un medidor, seleccione **Eliminar ID** y pulse **ACT**.
- Si tiene varios ID de medidores, repita el paso 9 para cada uno de ellos.

- Para agregar un medidor nuevo, seleccione **Agregar ID** y pulse **ACT**. Consulte el paso 5 (o mire en la parte trasera del medidor) para encontrar el ID del medidor. Utilice los botones de las flechas arriba y abajo para introducir el ID de seis caracteres del medidor que se muestra en la pantalla. Pulse **ACT** después de la entrada de cada número.

- Seleccione **Revisar ID** en el dispositivo Medtronic MiniMed compatible para confirmar que el ID del medidor CONTOUR®NEXT LINK se ha introducido correctamente. Si es incorrecto, vuelva al paso 9.
NOTA: Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía del usuario del dispositivo Medtronic MiniMed compatible.

- Vuelva al medidor CONTOUR NEXT LINK. Cuando haya introducido el ID del medidor en el dispositivo Medtronic MiniMed compatible, pulse **OK**.

Elegir las opciones de envío del medidor

- OPCIONES DE ENVÍO** controla cómo enviará el medidor las lecturas de glucosa en sangre al dispositivo Medtronic MiniMed compatible. Elija la **OPCIÓN DE ENVÍO** que más se adecue a su caso.
Siempre = El medidor siempre envía los resultados.
Confirmar = El medidor le preguntará antes de enviar los resultados.
Nunca = El medidor no enviará nunca los resultados.

Configurar la fecha y la hora del medidor para que coincida con las del dispositivo Medtronic

- La fecha y la hora del medidor debe coincidir con la fecha y la hora del dispositivo Medtronic. Coja el dispositivo Medtronic. Pulse **ACT** para ir al **MENÚ PRINCIPAL**. Desplácese hasta **Utilidades** y pulse **ACT**. Desplácese hasta **Fecha y hora**, y pulse **ACT**. Seleccione un formato horario y pulse **ACT**. Anote la fecha y la hora. Vuelva al medidor. Siga las instrucciones del medidor para cambiar la fecha y la hora para que coincidan con las del dispositivo Medtronic.

Configuraciones adicionales del medidor

- Elija la configuración para **AUTOLOG**. **AUTOLOG** siempre permite marcar un análisis como **Antes Comer**, **Desp. Comer** o **Sin Marcar**.
- El medidor está configurado de fábrica con los intervalos objetivo predeterminados de glucosa en sangre que se muestran. **Aceptar** los intervalos objetivo predeterminados de glucosa en sangre o **Cambiar** después de hablar con su profesional sanitario.
- Siga las indicaciones de la pantalla para configurar los **Límites alto y bajo** del medidor. Elija **Aceptar** para usar la configuración predeterminada (250 mg/dL para el límite alto y 70 mg/dL para el límite bajo del medidor). Elija **Cambiar** si desea utilizar otros límites diferentes.

NOTA: Los Límites alto y bajo solo se pueden configurar fuera del intervalo Objetivo seleccionado. Los objetivos solo se pueden configurar dentro de los Límites alto y bajo. Para obtener información adicional, puede ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente en el 1-800-348-8100, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.


LA CONFIGURACIÓN HA FINALIZADO.

 = Ayuda

Materiales para realizar análisis



Tira reactiva CONTOUR®NEXT de Bayer



Dispositivo de punción MICROLET®2 de Bayer



Lanceta MICROLET® de Bayer



Medidor de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT LINK de Bayer

⚠ ADVERTENCIA:


- El medidor, el dispositivo de punción y las lancetas son para uso en un solo paciente. No los comparta con nadie, ni siquiera con miembros de su familia. No los use en más de una persona.^{1,2}
- Todas las partes de este kit se consideran biológicamente peligrosas y potencialmente pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de haber llevado a cabo las tareas de limpieza y desinfección.
- Lávese siempre bien las manos con agua y jabón antes y después de realizar un análisis o manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.

Para ver las instrucciones completas sobre la limpieza y la desinfección del medidor y el dispositivo de punción, consulte la guía del usuario del medidor.


Realizar el análisis de sangre

Obtener la gota de sangre

- 1** Introduzca la tira reactiva y espere a que aparezca el mensaje **APLIQUE SANGRE**.



- 2** Saque la cápsula del dispositivo de punción. Introduzca una lanceta en el dispositivo de punción y gire la cubierta protectora para quitarla.



- 3** Vuelva a poner la cápsula de punción y ajústela a la profundidad de punción deseada.




- 4** Obtenga una gota de sangre.



Realizar el análisis de la gota de sangre

- 5** Ponga en contacto la punta de la tira reactiva con la gota de sangre. Si la primera gota de sangre no es suficiente, el medidor emitirá dos pitidos y la pantalla mostrará **TIRA CON MUESTRA INSUFICIENTE**. Dispone de unos 30 segundos para aplicar más sangre en la misma tira reactiva.



- 6** Si AUTOLOG está activado, puede optar por registrar su resultado como: **Antes Comer**, **Desp. Comer** o **Sin Marcar** para el resultado del análisis.



Enviar resultados a un dispositivo Medtronic MiniMed compatible

- 7** Si se ha seleccionado **Confirmar** o **Siempre** en **Opciones de envío** durante la **Configuración**, los resultados se pueden enviar a un dispositivo Medtronic MiniMed compatible. Pulse **OK** para pasar a la siguiente pantalla.



Recordatorio y notas

- 8** Seleccione **Recordar** para configurar un recordatorio para el siguiente análisis. Seleccione **Notas** para agregar más información al resultado. Extraiga la tira reactiva.



Apague el medidor

- 9** Extraiga la tira reactiva y el medidor se apagará en 3 minutos. O mantenga pulsado el botón **Menú** para apagar el medidor.



Consulte la guía del usuario de CONTOUR®NEXT LINK, el folleto de MICROLET®2 y la guía del usuario del dispositivo Medtronic MiniMed compatible para obtener instrucciones completas.

Llame al **1-800-348-8100** (disponible 24 horas al día, 7 días a la semana) para consultar cualquier pregunta que tenga

o visite www.bayerdiabetes.com/us

Exclusivamente para diagnóstico in vitro

Referencias

- 1 FDA Public Health Notification: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication (2010). <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens (2010). <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>



Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA

Bayer, la cruz de Bayer, CONTOUR y MICROLET son marcas registradas de Bayer. El logotipo No Necesita Código es una marca de Bayer. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

© 2013 Bayer. Todos los derechos reservados.

