Contour USB

SISTEMA PARA ANÁLISIS DE GLUCOSA EN SANGRE

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

PARA USO CON LAS TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA EN SANGRE CONTOUR® DE BAYER

NO NECESITA CÓDIGO®

Consulte la Guía del usuario del medidor CONTOUR® USB, el folleto de instrucciones de MICROLET®2 y la Guía de inicio rápido de GLUCOFACTS® DELUXE para más información.

Llame al número **800-348-8100** si tiene cualquier duda o visite la página web **www.bayerdiabetes.com/us**

Para uso diagnóstico "in vitro"

Bayer HealthCare

Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA

Bayer, la Cruz de Bayer, CONTOUR, GLUCOFACTS, MICROLET y el logotipo de NO NECESITA CÓDIGO son marcas comerciales de Bayer.

82286137 Rev. 8/09

Tira reactiva CONTOUR®

Medidor CONTOUR® USB

Lanceta MICROLET®



Dispositivo de punción MICROLET®2

PRECAUCIÓN: *El dispositivo de punción está destinado al uso en un solo paciente.*

Antes de utilizar el medidor por primera vez, conéctelo al cargador de pared o al ordenador para cargarlo y configurarlo. El ordenador debe estar encendido. Una vez cargado, retire el medidor para comenzar a utilizarlo.

1 Lávese las manos y séquelas completamente.

2 Introduzca la lanceta en el dispositivo de punción y desenrosque la cubierta protectora hasta retirarla.

3 Gire el cilindro de graduación hasta seleccionar la profundidad de punción que desee.

4 Introduzca una tira reactiva CONTOUR® para encender el medidor.



5 Coloque el dispositivo sobre el lugar de punción y pulse el botón.



6 Ponga en contacto la gota de sangre con la punta de la tira reactiva CONTOUR.

7 Seleccione Antes Comer o Desp. Comer.

8 A continuación, aparece en pantalla el resultado de la prueba.



9 Opcional: Seleccione Recordar o Notas.



10 Extraiga la tira reactiva CONTOUR para apagar el medidor.



11 Conéctelo para ver sus resultados de azúcar en sangre.

12 ¡Actúe en consecuencia!